IFU_PIN, Ver_003_ES

Encuesta de anticuerpos contra el virus de la parainfluenza

Proveedor de EQA: ESfEQA GmbH Heidelberg

Coordinador del estudio: Dr. H. Depner

Instrucciones de uso

Notas:

Las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. Se aplican a estas muestras las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas. Se comprobó que las donaciones de sangre utilizadas para la producción no eran reactivas para el HBsAg, el anti-VIH 1/2 y el anti-VHC. Las muestras solo deben ser manipuladas por personal cualificado.



ADVERTENCIA: Contiene metilisotiazolonas. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



Este producto contiene material de origen humano y debe considerarse potencialmente infeccioso.

En ocasiones, diversas tareas del programa de pruebas de competencia pueden delegarse en subcontratistas cualificados. No obstante, ESfEQA es responsable ante los participantes del trabajo realizado por los subcontratistas.

Los resultados del análisis de las muestras solo podrán revelarse a colegas de otros laboratorios una vez concluido el periodo de ensayo.

Al inscribirse y participar en este programa de evaluación de la competencia (EQA), los participantes aceptan los términos y condiciones generales de ESfEQA GmbH. Estos pueden consultarse en línea en www.esfeqa.eu

1. Uso previsto

Las muestras están destinadas a ser utilizadas como material de control cualitativo y cuantitativo para la evaluación externa de la calidad (EQA) en laboratorios médicos, para la detección de anticuerpos contra el virus de la parainfluenza:

IgA, IgG e IgM contra el virus de la parainfluenza

Tenga en cuenta que, en general, no expediremos un certificado de participación satisfactoria para la determinación cuantitativa de anticuerpos contra el virus de la parainfluenza, ya que los valores objetivo son específicos de cada reactivo y un sesgo en el valor de consenso calculado no representa necesariamente un mal rendimiento del laboratorio. La evaluación estadística tiene únicamente fines informativos.

2. Descripción del producto

Las muestras líquidas proceden de plasma humano desfibrinado y están listas para su uso.

3. Almacenamiento y estabilidad

Las muestras deben conservarse en posición vertical a una temperatura de entre 2 y 8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite de envío de datos indicada en las etiquetas de las muestras.

4. Preparación y análisis de la muestra

Deje que la muestra alcance la temperatura ambiente durante 15 minutos antes de realizar el análisis. Justo antes de su uso, agite la muestra invirtiendo suavemente el vial varias veces.

Todas las muestras deben tratarse de la misma forma que las muestras de pacientes y analizarse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de los instrumentos y los reactivos.

Análisis cuantitativo: en el caso de resultados de medición por debajo o por encima del rango de medición del instrumento, se debe indicar el límite inferior o superior de medición como valor cuantitativo

No diluya más la muestra en caso de obtener resultados de medición por encima del rango de medición.

5. Fechas y envío de los resultados de las pruebas

Periodos de análisis: Consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados pueden enviarse en cualquier momento dentro del periodo de análisis indicado en las etiquetas de las muestras.

Para la evaluación de los resultados del estudio, indique el reactivo y el método utilizados —la indicación del instrumento es opcional— y envíe sus resultados por vía electrónica a ESfEQA a https://teqa-labv2.esfeqa.eu

Póngase en contacto con su distribuidor local de los programas de ESfEQA o directamente con ESfEQA si necesita ayuda para el registro, la configuración y el envío de resultados en TEQA.

6. Plazo para el envío de datos

La fecha límite para el envío de resultados se indica en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT +1).

7. Informes y certificados

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los informes y certificados de cada laboratorio pueden consultarse en línea en https://teqa-labv2.esfeqa.eu

ESfEQA GmbH,
Siemensstr. 38
69123 Heidelberg,
Alemania

Teléfono: +49 6221 4166-700
Fax: + 49 6221 4166-790
info@esfeqa.eu
www.esfeqa.eu